

「第1回 CT colonography Webinar」アンケートへのご協力をお願い

NPO 法人日本消化管 CT 技術学会

理事長 平野 雄士

エーザイ株式会社 4P3 戦略部

グループ長 早野 晶裕

謹啓

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、大腸 CT 検査に関する腸管拡張法の標準化を目指して、NPO 法人日本消化管 CT 技術学会及びエーザイ株式会社共催による「第1回 CT colonography Webinar」を実施することとなりました。これに先立ちまして、腸管拡張の標準化を目指すにあたり、現状の腸管拡張に関する状況を把握したく、アンケート調査へのご協力をお願いしております。ご回答いただきました内容は、取りまとめセミナー後半のシンポジウムにて、結果を発表させていただきます。お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

◇ご施設名を教えてください。

施設名 ()

以下、当てはまるものに、チェック (☑) の上必要事項を記載してください。

◇大腸 CT 検査を実施している施設の方にお聞きします。

○大腸 CT 検査を実施する対象と年間件数を教えてください (複数回答可)。

□便潜血陽性 (年間 件) ☑スクリーニング (年間 件) □術前 (年間 件)

◇ご使用の自動炭酸ガス送気装置とカテーテルは、どの装置を使用しておりますか？ (複数回答可)

・自動炭酸ガス送気装置

☑プロト CO2L(エーザイ株式会社)、□エニマ CO2(堀井薬品)、□KSC-130(根本杏林堂)

□RadiCO2lon/GEN2(メドラッド/バイエル)

・カテーテル

□プロト CO2L(エーザイ株式会社)、□エニマ CO2(堀井薬品)、□KSC-130(根本杏林堂)

☑RadiCO2lon/GEN2(メドラッド/バイエル)

◇注入するガスの圧力について教えてください。

・基本の設定圧は何 mmHg にしていますか？ _____ mmHg

・患者様ごとに設定圧を変えることはありますか？

□変えることがある □変えることはない

・「変える」と回答された方にお聞きします。どのような指標で注入圧を変えていますか？ (複数回答可)

□体重 □BMI □体格 □性別 □年齢

◇検査途中で設定圧を変えることはありますか。

□ある □ない

◇バルーンを膨らませるのは、どのような時ですか？（複数回答可）

- 常に使用している 高齢者 女性 人工肛門をつけている方
片方の体位のみでバルーンを使用 基本的に使用しない

◇上記の問いで「2、高齢者」と回答された方にお聞きします。

ご施設では、高齢者とは何歳以上のことをさしていますか？

_____ 歳以上

◇バルーンを膨らませる際、バルーンに入れる空気の量はどれくらいですか？

_____ cc

◇腸管拡張が不十分な際の対応について教えてください。（複数回答可）

- お腹をさする 深呼吸をしてもらう 体位変換を促す リラックスしてもらう
その他（ _____ ）

◇腸管拡張が十分にできたと判断する目安は？（複数回答可）

- 設定圧で安定したら 手で触って回盲部が膨らんできたら お腹が張ってきたら
その他（ _____ ）

◇鎮痙剤は、禁忌でない被検者の場合、使用していますか

- 使用する（ブスコパンのみ） 使用する（ブスコパンまたはグルカゴン） 使用しない

アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。

ご記入いただきました回答結果につきましては、エーザイ株式会社における医薬情報提供活動および NPO 法人日本消化管 CT 技術学会において、共同利用させていただくことがあります。